

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE PROPOSTAS**Responsável:**

Eng. Thadeu Oliva

Setor de Destino:

Licitações

Data de Elaboração:

19/09/2025

Para: Licitações**Assunto:** Parecer técnico de análise de proposta e descritivo do CPP 022/2025 – Ventilador Pulmonar**1.1-Análise da Proposta:**☒ Proposta 01 – Comercial Soares e Mota LTDA

Ventilador Pulmonar LUFT 5 – Leistung

Quantidade: 02 Unidades

Proposta 02 – Apice Heathcare

Ventilador V5 - Comen

Quantidade: 02 Unidades

Proposta 03 – Proença Comercial LTDA

Ventilador Pulmonar Ihope Plus - KTK

Quantidade: 02 Unidades

☒ Proposta 04 – Hospitec Comercio e Representações

Ventilador Pulmonar Brina Full - Tecme

Quantidade: 02 Unidades

Proposta 05 – AMB Distribuidora

Ventilador Pulmonar LUFT 5 - Leistung

Quantidade: 02 Unidades

Proposta 06 – JPL Produtos Hospitalares

Ventilador Pulmonar Ihope Plus - KTK

Quantidade: 02 Unidades

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE PROPOSTAS**Responsável:**

Eng. Thadeu Oliva

Setor de Destino:

Licitações

Data de Elaboração:

19/09/2025

Proposta 07 – Aevit Soluções

Ventilador Pulmonar Brina FULL - Tecme

Quantidade: 02 Unidades

Proposta 08 – Global Medical☒ Ventilador Pulmonar Padus 08 - Prunus

Quantidade: 02 Unidades

Proposta 09 – Priom Tecnologia

Ventilador Pulmonar IX5 - Intermed

Quantidade: 02 Unidades

Proposta 10 – Intermed

Ventilador Pulmonar IX5 - Intermed

Quantidade: 02 Unidades

Proposta 11 – Tecme☒ Ventilador Pulmonar Brina FULL - Tecme

Quantidade: 02 Unidades

Proposta 12 – Bioinfinity

Ventilador Pulmonar Padus 06 - Prunus

Quantidade: 02 Unidades

Proposta 13 – Priom Tecnologia

Ventilador Pulmonar Ruah – Cmos Drake

Quantidade: 02 Unidades

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE PROPOSTAS**Responsável:**

Eng. Thadeu Oliva

Setor de Destino:

Licitações

Data de Elaboração:

19/09/2025

2- Parecer técnico:**ANÁLISE 01:**

Em análise a proposta enviada, descritivo técnico do equipamento e manual do equipamento registrado na Anvisa, o ventilador pulmonar ofertado na **proposta 01 (Comercial Soares e Mota)** e na **proposta 05 (AMB Distribuidora)**, LUFT 5 do fabricante **Leistung**, não atende os seguintes itens:

- Não possui Modo de ventilação com suporte a Volume para pacientes neonatais
- Não possui Modo de ventilação proporcional com sincronismo/ adaptação do paciente-ventilador para uma melhor mecânica respiratória (NAVA, SmartCare, PAV, ASV, AVA) ou ferramenta que realize análise metabólica, ao menos para pacientes adultos/pediátricos
- Não possui oximetria
- Não possui nebulizador Aerogen

ANÁLISE 02:

Em análise a proposta enviada, descritivo técnico do equipamento e manual do equipamento registrado na Anvisa, o ventilador pulmonar ofertado na **proposta 02 (Apice Healthcare)**, Ventilador Pulmonar V5 do fabricante **Comen**, não atende os seguintes itens:

- Não possui Modo de Ventilação com fluxo contínuo, ciclado a tempo e com pressão limitada, inclusive em SIMV ou modo volume garantido/ alvo para pacientes neonatais
- Parâmetro Pressão Controlada até 80cmH2O (solicitado no mínimo até 90cmH2O)

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE PROPOSTAS**Responsável:**

Eng. Thadeu Oliva

Setor de Destino:

Licitações

Data de Elaboração:

19/09/2025

ANÁLISE 03:

Em análise a proposta enviada, descritivo técnico do equipamento e manual do equipamento registrado na Anvisa, o ventilador pulmonar ofertado na **proposta 03 (Proença Comercial LTDA) e proposta 06 (JPL Produtos Hospitalares)**, **Ventilador Pulmonar IHOPE Plus do fabricante KTK**, não atende os seguintes itens:

- Não possui Modo de Ventilação com fluxo contínuo, ciclado a tempo e com pressão limitada, inclusive em SIMV ou modo volume garantido/ alvo para pacientes neonatais
- Parâmetro Pressão Controlada até 80cmH2O (solicitado no mínimo até 90cmH2O)
- Não possui nebulizador Aerogen
- Não monitora: PEEP Total e Índice de Stress

ANÁLISE 04:

Em análise a proposta enviada, descritivo técnico do equipamento e manual do equipamento registrado na Anvisa, o ventilador pulmonar ofertado na **proposta 08 (Global Medical)**, **Ventilador Pulmonar Paddus 08 Plus do fabricante Prunus**, não atende os seguintes itens:

- Não possui Modo de Ventilação com fluxo contínuo, ciclado a tempo e com pressão limitada, inclusive em SIMV ou modo volume garantido/ alvo para pacientes neonatais
- Não possui Modo de ventilação proporcional com sincronismo/ adaptação do paciente-ventilador para uma melhor mecânica respiratória (NAVA, SmartCare, PAV, ASV, AVA) ou ferramenta que realize análise metabólica, ao menos para pacientes adultos/pediátrico

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE PROPOSTAS**Responsável:**

Eng. Thadeu Oliva

Setor de Destino:

Licitações

Data de Elaboração:

19/09/2025

ANÁLISE 05:

Em análise a proposta enviada, descritivo técnico do equipamento e manual do equipamento registrado na Anvisa, o ventilador pulmonar ofertado na **proposta 13(Priom), Ventilador Pulmonar Ruah do fabricante Cmos Drake**, não atende os seguintes itens:

- Tela de 10,4 polegadas, sendo solicitado tela de 15 polegadas
- Não atende pacientes neonatais
- Não possui capnografia
- Não possui oximetria
- Não possui nebulizador Aerogen

ANÁLISE 06:

Em análise a proposta enviada, descritivo técnico do equipamento e manual do equipamento registrado na Anvisa, o ventilador pulmonar ofertado na **proposta 09 (Global Medical) e na proposta 10 (Intermed), Ventilador Pulmonar IX5 Plus do fabricante Intermed**, não atende os seguintes itens:

- Tela de 12" (solicitado 15 polegadas)
- Não possui Modo VCV para pacientes neonatais
- Não possui Modo de ventilação com suporte a Volume
- Não possui Oxigenoterapia de alto fluxo
- Não possui Modo de ventilação proporcional com sincronismo/ adaptação do paciente-ventilador para uma melhor mecânica respiratória (NAVA, SmartCare, PAV, ASV, AVA) ou ferramenta que realize análise metabólica, ao menos para pacientes adultos/pediátricos
- Não possui oximetria e capnografia
- Não possui nebulizador Aerogen

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE PROPOSTAS

Responsável:

Eng. Thadeu Oliiva

Setor de Destino:

Licitações

Data de Elaboração:

19/09/2025

ANÁLISE 07:

Em análise a proposta enviada, descritivo técnico do equipamento e manual do equipamento registrado na Anvisa, o ventilador pulmonar ofertado na **proposta 12 (Bioinfinity) , Ventilador Pulmonar Paddus 06 do fabricante Prunus**, não

☐ atende os seguintes itens:

- Possui tela de 12", edital solicita 15">
- Não possui Modo de Ventilação com fluxo contínuo, ciclado a tempo e com pressão limitada, inclusive em SIMV ou modo volume garantido/ alvo para pacientes neonatais.
- Não possui Modo de ventilação proporcional com sincronismo/ adaptação do paciente-ventilador para uma melhor mecânica respiratória (NAVA, SmartCare, PAV, ASV, AVA) ou ferramenta que realize análise metabólica, ao menos para pacientes adultos/pediátrico

ANÁLISE 08::

☒ Em análise a proposta enviada, descritivo técnico do equipamento e manual do equipamento registrado na Anvisa, o ventilador pulmonar ofertado na **proposta 04 (Hospitec Comercio), na proposta 07 (Aevit Soluções) e na proposta 11 (TECME), Ventilador Pulmonar Brina FULL do fabricante TECME**, atende ao edital publicado.

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE PROPOSTAS

Responsável: Eng. Thadeu Oliva	Setor de Destino: Licitações	Data de Elaboração: 19/09/2025
--	--	--

3- Ação sugerida:

Após minuciosa análise de todas as propostas, manuais e descritivos, devido aos equipamentos serem para uso em paciente neonatais principalmente, as propostas das empresas Hospitec Comercio, Tecme e Aevit Soluções estão em conformidade ao edital. Sendo a proposta da empresa Tecme de menor valor, assim sendo a mesma deve ser declarada vencedora.

Atenciosamente,

Eng. Thadeu Oliva
CREA 186472
Engenheiro Clinico

