

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE PROPOSTAS**Responsável:**

Eng. Thadeu Oliva

Sector de Destino:

Licitações

Data de Elaboração:

11/09/2025

Para: Licitações**Assunto:** Parecer técnico de análise de proposta e descritivo do CPP 005/2025 – Aparelho de Anestesia**1.1-Análise da Proposta:**

Proposta 01 – B|Braun

Maquina de Hemodiálise Dialog + – 02 Unidades

Proposta 02 - Fresenius

Maquina de Hemodiálise 4008S V10 – 02 Unidades

2- Parecer técnico:

Em análise a proposta enviada, pela empresa B|BRAUN, segue suas considerações:

-Não tem função que permita individualizar o fluxo da solução de dialise automaticamente de acordo com o fluxo efetivo de sangue

Não permite a medida do sódio Plasmático

Não monitora o KT/V por medida de Clearance.

Em análise a proposta enviada, pela empresa FRESENIUS SE & CO, segue suas considerações:

Não temos considerações a serem feitas.

3- Ação sugerida:

- Empresa B|BRAUN não atende o edital. Considerar a empresa FFRESENIUS SE & CO como a vencedora do lote.

Sem ação.

Atenciosamente.

Eng. Thadeu Oliva
CREA 186472
Engenheiro Clínico



Documento assinado digitalmente

LUIZ THADEU OLIVA LOPES PINTO

Data: 12/09/2025 10:25:14 -0300

Verifique em <https://validar.itu.gov.br>