

kein Ruf

MEDI SAÚDE HOSPITALAR

APRESENTAÇÃO DE PRODUTO



MEDI SAÚDE
HOSPITALAR

APARECIDA DE GOIÂNIA , 02/12/2025

Dados do cliente

Cliente: CASA DE CARIDADE DE MURIAE HOSPITAL SP

Endereço: Rua CORONEL IZALINO

CNPJ: 22.780.498/0001-95

Fone/Fax: (32) 3729-3700 **E-mail:** coordenacaologistica@hsp.org.br

Contato: LEANDRO

Dados do proponente

Proponente: MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

Endereço: Rua Altino Tome, S/N, QUADRA91A LOTE 13E; VILA BRASILIA - APARECIDA DE GOIÂNIA - GO - CEP: 74.905-790

CNPJ: 02.563.570/0001-15 **Insc. Estadual:** 103041028

Fone/Fax: (62) 3085-1899 **E-mail:** convenio1@medisaude.ind.br

Vendedor: Fernando Pereira de Almeida **Tel:** (62) 98641-4160

Representante:

Ref:

Nº Edital: 016/2025

Nº Convênio: 022/2025

Nº SICONV: 022/2025

Dt. Edital: 02/12/2025

CPP: [Negócio.Cotação Prévia de Preço]

Item	Un.	Código	Qtde.
1	UN- UNIDADE	17151	5,00

Descrição

CAMA FOWLER ELÉTRICA TT 04 MOT SUP GD

ESTRUTURA: Em aço carbono 50 x 30 x 2,0 mm, com tratamento antioxidante e pintura eletrostática a pó, dimensionada para atender à carga nominal do produto.

BASE: Pés recuados, construídos em tubo retangular de aço carbono com dimensões de 50 x 30 x 2,0 mm, revestidos com tampo em material termoplástico (ABS) de alta resistência, oferecendo proteção contra respingos e acúmulo de sujidades.

CABECEIRA E PESEIRA: Removíveis, com trava, construídas em material termoplástico (polietileno injetado), com superfície lisa, facilitando a assepsia de ambos extremos da cama (SUPERIOR/INFERIOR).

GRADES: O leito possui 4 grades laterais independentes, ocupando toda a sua extensão, equipadas com travas e sistemas articuláveis e retráteis que permitem o recolhimento suavizado por mola a gás (pistão). Mantêm um espaço de 6 cm entre as grades e a peseira/cabeceira, oferecendo segurança ao paciente, em conformidade com a ABNT NBR IEC 60601-2-52:2013.

INDICADOR DE ÂNGULO: Localizado na lateral da grade na região superior e inferior do leito para indicar o ângulo do dorso, do Trendelemburg e Trendelemburg reverso.

PARA-CHOQUE: Protetores ROTATIVOS contra impactos nos quatro cantos da cama.

CHASSI: Estrutura tubular em aço carbono no perfil 50 x 30 x 2,0 mm, equipada com chapas de reforço com espessura de ¼.

ESTRADO: O estrado deverá ser constituído por estrutura em tubos com dimensões mínimas de 50 x 30 x 2,0 mm, reforçada com chapas de 3/8.

LEITO: A estrutura metálica do leito consiste em quatro seções articuladas, confeccionadas em tubos com dimensões mínimas de 30 x 20 x 1,5 mm, acompanhadas de chapas de 3/16".

O leito possui revestimento termoplástico estruturado, com contenção para o paciente e limitador para colchão. A fixação é realizada de forma independente em cada uma das quatro seções articuladas.

MOVIMENTOS: Executados por 4 (quatro) motores dotados de fim de curso para proteção, blindados resistentes a poeira, jato de água e outros resíduos, com dispositivos de segurança, com índice de proteção IPX6/IP66 e com um sistema ajustável de 6 posições.

POSIÇÕES: Trendelemburg, (-15) Reverso de Trendelemburg, (+15) com acionamento eletroeletrônico.

POSIÇÃO: Vascular com ajuste manual para elevação dos pés, com sistema de cremalheira.

POSIÇÕES: Cardíaca acionada com único comando.

POSIÇÕES: Cabeceira, Fowler, Semi-Fowler, Sentado, Flexão de Pernas, Poltrona, Elevação de Altura e Retração (Hilow), todos acionados eletroeletrônicos com um único comando.

POSIÇÕES: Elevação de altura, através da movimentação vertical é realizada por meio de um sistema de articulação mecânico em aço carbono, que converte o deslocamento linear horizontal dos motores em movimento vertical da cama, proporcionando assim a elevação de altura.

COMPENSAÇÃO ABDOMINAL: duplo sistema de compensação, sendo afastamento do

DORSO/PERNAS: afastamento do dorso e das pernas em relação ao assento fixo, o



*Imagem ilustrativa

afastamento de 10cm do dorso para frente e para o alto no momento de elevação do dorso. Impedindo o deslizamento, evita a fricção da pele do paciente com o colchão, evitando o rompimento da pele, o mesmo afastamento acontece das pernas com o assento fixo.

CPR (RCP) MECÂNICO: Reanimação Cardiorrespiratória (RCP) com amortecimento localizado em ambos os lados da cama posicionando o leito na posição de emergência independentemente da posição que ele esteja no momento da emergência.

CPR (RCR) ELÉTRICO: Reanimação Cardiorrespiratória (RCR) pré-programada na peseira e nas grades externas, acionada por um único botão, posicionando o leito automaticamente na posição mínima, independentemente da posição em que se encontra no momento da emergência, com sistema de amortecimento que evita movimentos bruscos durante a descida do leito.

COMANDO EMBUTIDO NAS GRADES: Comando embutido nas grades, por meio de teclado de membrana blindado com botão micro chave, utilizando etiqueta em policarbonato, em português, e sistema micro controlado para acionamento dos comandos.

INTERNO PACIENTE nas 02 grades do dorso para posições de Dorso Fowler, Semi-Fowler, Sentado, Flexão das pernas, Auto Contorno, Poltrona, Elevação de altura e retração, Luz Noturna com único comando.

COMANDO EMBUTIDO NAS GRADES: Comando embutido nas grades controle de teclado de membrana blindado com botão micro chave, utilizando etiqueta em policarbonato, em português micro controlado com sistema de acionamento dos comandos EXTERNO

ENFERMAGEM nas 02 grades do dorso para posições de Dorso, Fowler, Semi-Fowler, Sentado, Flexão das pernas, Auto Contorno, Poltrona, Elevação de altura e retração, Luz Noturna com único comando.

RODÍZIOS: As rodas possuem 6" de diâmetro, proporcionando proteção ao piso, deslocamento com baixo ruído e elevada capacidade de carga. Dispõem de sistema de frenagem com travamento central, bem como freio total e direcional, acionado por pedal instalado fora da área de saída do paciente.

ACABAMENTO:

Tratamento Antiferrugissiono por fosfatização.

Pintura eletrostática a pó

Secagem em estufa sendo levada a uma temperatura de 220 °C em estufa.

Teste salt spray 1320 Hs

ACOMPANHA:

COLCHÃO: Espuma: Composto por duas lâminas de espuma, sendo a lâmina inferior de espuma flexível de poliuretano com densidade de (D-28) e a lâmina superior de espuma flexível de poliuretano Visco elástico com densidade de (D-40). Espuma produzida a partir de polioli e isenta de cargas orgânicas, Revestimento do colchão é feito utilizando courvin hospitalar antibacteriano. Tecido composto por P.U. e Poliéster. Material impermeável isento de qualquer tipo de látex em sua composição e cobertura retardante de fogo, bacteriostática e fungos tática; à prova de água e permeável ao vapor. União Vulcanizada, logo não possui costuras nas laterais para evitar a penetração de líquido (soldado impermeável).

SUPORTE P/DRENO: suporte para dreno e bolsas de coleta, dispostas nos dois lados da cama, confeccionados em aço carbono pintado.

SUPORTE DE SORO: Suporte de soro regulável de altura e intercambiável no quatros canto do leito em aço carbono.

EXTENSOR: Extensor de Leito de 20 cm

BATERIA BACKUP: Bateria interna recarregável Backup, para funcionamento em falta de alimentação elétrica ou transportes no hospital.

DIMENSÕES

MEDIDAS EXTERNA: 2280 mm

MEDIDA EXTERNA C/ EXTENSOR: 2480 mm

MEDIDA INTERNA: 1950 mm

MEDIDA INTERNA C/ EXTENSOR: 2150 mm

LARGURA INTERNA: 830 mm

LARGURA EXTERNA: 1090 mm

ALTURA MÍNIMA: 330 mm

ALTURA MÁXIMA: 680 mm

ÂNGULOS:

FOWLER PERNAS: 0° a 23°

FOWLER DORSO: 0° a 77°

TRENDELEMBURG: -15°

REVERSO DE TRENDELEMBURG: +15°

TENSÃO AUTOMÁTICA: 127 V - 230 V (BIVOLT AUTOMÁTICO) VOLTAGENS VALIDAS NO BRASIL RESOLUÇÃO ANEEL (PADRÃO BRASILEIRO - NBR 14136)

CAPACIDADE DE PESO DO PACIENTE: 250 Kg.

CAPACIDADE MÁXIMA DE TRABALHO: 280 Kg

FABRICANTE: MEDI SAUDE PRODUTO MÉDICOS HOSPITALARES

MARCA MEDI-SAÚDE

MODELO: MS-11.003 SF 2 TT

REG ANVISA CAMA ELÉTRICA: 80881050010

NBR IEC

60601-1:2010+Emenda IEC: 2012

60601-1-2: 2010

60601-1-6: 2011

60601-1-9: 2014

60601-2-52: 2013

ISO 9001

ISO13485

PROCEDENCIA NACIONAL

TESTE DA PINTURA SALTSpray 1320 hs

36 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO

Vlr. Unit: 16.944,03 - dezesseis mil e novecentos e quarenta e quatro reais e três centavos

Vlr. Total: 84.720,15 - oitenta e quatro mil e setecentos e vinte reais e quinze centavos

Valor total dos produtos:	R\$ 84.720,15 - oitenta e quatro mil e setecentos e vinte reais e quinze centavos
Valor frete:	R\$ -
Valor total da proposta:	R\$ 84.720,15 - oitenta e quatro mil e setecentos e vinte reais e quinze centavos

Condições comerciais

Validade: 31/05/2026

Cond. de pagamento: 102- ORDEM BANCARIA - OBTV

Prazo de entrega: 30 dias

Frete: CIF - Contratação do Frete por conta do Remetente

Transportadora:

Garantia: 36 meses contra defeito de fabricação.

Dados Bancários

Banco: Banco do Brasil

Banco: --

Banco: --

Banco: --

Agência: 1452-4

Agência: --

Agência: --

Agência: --

C.C: 17832-2


C.C: --

C.C: --

C.C: --

APARECIDA DE GOIÂNIA, 02 de dezembro de 2025

Autorizo a compra dos produtos acima descritos com as quantidades, valores e condições comerciais acima descritos, autorizo também a fabricação dos produtos especificados, nas condições comerciais propostas.


Nome: Rodolfo dos Reis Alves
CPF: 809.992.981-00
RG: 3331494-4396707 SSP-GO
Diretor

MEDI SAÚDE PROD. MED. HOSPITALAR LTDA

Assinatura

02 563 570/0001-15
MEDI SAÚDE PROD. MED. HOSP. LTDA.
Av. Altino Tomé esq. c/ Rua 35 S/Nº.
Qd. 91-A Lts. 13/15 - Vila Brasília
CEP: 74905-790
APARECIDA DE GOIÂNIA-GO

Carimbo CNPJ