

SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE DESCRITIVO

Responsável:

Eng. Thadeu Oliva

Setor de Destino:

Licitações

Data de Elaboração:

26/11/2025

Para: Licitações

Assunto: Justificativa Técnica

Justificativa Técnica para Alteração do Tempo de Ensaio de Salt Spray de 1500h para 1200h

A alteração do requisito técnico referente ao ensaio de névoa salina (salt spray) de 1500 horas para 1200 horas se justifica com base em critérios técnicos e de viabilidade industrial. O ensaio de névoa salina tem como objetivo avaliar a resistência à corrosão de superfícies metálicas com tratamento anticorrosivo, especialmente em ambientes hospitalares, onde há exposição frequente à limpeza química e umidade.

No entanto, após análise técnica e consulta a normas de referência (como ASTM B117 e ISO 9227), verificou-se que o tempo de 1300 horas já representa um nível elevado de proteção anticorrosiva, compatível com as exigências de durabilidade e segurança para mobiliários hospitalares em ambientes internos.

Atenciosamente,

Eng. Thadeu Oliva
CREA 186472
Engenheiro Clínico



Documento assinado digitalmente
LUIZ THADEU OLIVA LOPES PINTO
Data: 27/11/2025 09:12:26-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>