

Assunto **Re: Fwd: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - COTAÇÃO PREVIA DE PREÇOS Nº. 005/2025**

De Thadeu Oliva <engenhariaclinica@hsp.org.br>

Para <cotacaoprevia2@hsp.org.br>, <jade.siqueira@imagem.med.br>

Data 2025-08-15 07:30



Solicito esclarecimento:

☐ CPAP:

Entendendo que: o modo PSVPro engloba as funcionalidades do CPAP e vai além, permitindo um uso mais abrangente, seguro e flexível em diferentes perfis de pacientes e que equipamentos com modo PSVPro já incluem CPAP como base funcional, ou seja, a substituição representa uma evolução tecnológica e não limita as funcionalidades já disponíveis com o CPAP, solicitamos que se aceite o PSVPro em alternativa ao modo CPAP isolado.

Resposta: Aceitamos o modo PSVPro, caso se comprove a sua funcionalidade CPAP para indução anestésica e desmame.

☐ Freio Central:

O dispositivo de frenagem central é essencial para ergonomia e segurança do ambiente da sala cirúrgica porque com apenas um movimento se pode fixar a máquina alternando com facilidade a sua disposição. A ausência desta funcionalidade porém, pode ser compensada e até otimizada se o equipamento possuir sua tela de controle com a função touch screen e mobilidade de até aproximadamente 180 graus na horizontal permitindo que o equipamento esteja parado durante todo o procedimento cirúrgico e ainda seja comandado pelo operador de qualquer ponto que se faça necessário. Nestes termos, visando possibilitar uma maior participação de competidores no processo e com preços competitivos, pedimos que se aceite a substituição da exigência por "freio central ou freio em pelo menos dois rodízios e tela com mobilidade horizontal" para segurança e ergonomia dos procedimentos.

Resposta: Por questão de segurança anestésica, o freio central irá se manter conforme edital

☐ Sensores de Fluxo:

Solicitamos que se esclareça se os 5 sensores de fluxo extras exigidos na sessão de acessórios se tratam de sensores de fluxo que utilizam linhas de pressão e são posicionados proximal ao tubo do paciente. Em caso afirmativo, solicitamos que se inclua ao texto a ressalva "caso aplicável".

Justificativa: Muitos equipamentos modernos não utilizam esses sensores sendo o sensor de fluxo universal embutido no bloco respiratório do equipamento (sem contato com o paciente) sendo necessária sua substituição apenas em caso de falha ou por ocasião de manutenção periódica anual do equipamento caso necessário.

Resposta: O Sensor de fluxo universal, garante a rápida substituição do mesmo em caso de defeito, não sendo necessária uma intervenção técnica para realizar o procedimento, garantindo maior segurança na leitura durante ao processo anestésico.
Manteremos o solicitado em edital.

Att,

Eng. Thadeu Oliva
Coordenador de Engenharia Clínica

Em 2025-08-14 07:48, cotacaoprevia2@hsp.org.br escreveu:

----- Mensagem original -----

Assunto: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - COTAÇÃO PREVIA DE PREÇOS Nº. 005/2025

Data: 2025-08-07 14:43

De: Jade Siqueira <jade.siqueira@imagem.med.br>

Para: "cotacaoprevia2@hsp.org.br" <cotacaoprevia2@hsp.org.br>

Estimada Comissão, boa tarde!

Interessados em participar no pleito em referência, para os itens

APARELHO DE ANESTESIA, viemos respeitosamente apresentar nosso pedido de esclarecimento, nos termos do documento anexo.

Sem mais para o momento, colocando-me à disposição, renovo votos de estima e elevada consideração.

Antecipadamente grata!

Jade Siqueira

Assistente de Vendas

--

jade.siqueira@imagem.med.br

+55 21 3543-6083

[1] [2] [3] [4]

.

Links:

[1] https://www.facebook.com/imagensistemasmedicos/?ref=page_internal

[2] <https://www.linkedin.com/company/imagem-sistemas-medicos-ltda/>

[3] https://www.instagram.com/imagem_sistemas_medicos/

[4] <https://www.imagem.med.br/site/>

--

Eng. Thadeu Oliva
Engenharia Clínica
Casa de Caridade Muriaé Hospital São Paulo